

Общая информация запроса цен

Номер запроса цен:1825

Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" в г. АЗОВЕ

Заказчик

Наименование объекта закупки: Осуществление закупки Датчик внутрисосудистый для системы ультразвуковой визуализации, одноразового использования для нужд ГАУ РО «ЦГБ» в г.Азове

Место предоставления ценовой информации, договорная информация

Место предоставления ценовой информации: нужд ГАУ РО «ЦГБ» в г.Азове

Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации: Дудка С.С.

Адрес электронной почты: cgb.azov.otdzak@yandex.ru

Номер контактного телефона: 8(86342) 4-17-87 доб.246

Факс:

Дополнительная информация:

Сроки предоставления ценовой информации

Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени):

Дата	Время
22.10.2026	13:00

Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени)

Дата	Время
28.10.2026	12:00

Предполагаемые сроки проведения закупки

С	По
Ноябрь 2026г	ноябрь 2026г

Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах, услугах

Описание объекта закупки: Датчик внутрисосудистый для системы ультразвуковой визуализации, одноразового использования

Наименование товара, работы, услуги по КТРУ: 26.60.12.132-00000006 Датчик внутрисосудистый для системы ультразвуковой визуализации, одноразового использования

Наименование объекта закупки: Датчик внутрисосудистый для системы ультразвуковой визуализации, одноразового использования

Единица измерения: шт

Количество:145

Требования к условиям исполнения договора

Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки: Цена за Товар, поставляемый по Договору, определена в рублях, и УКАЗЫВАЕТСЯ с учетом включения в себя расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые «Продавец» должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же всех других расходов, связанных с выполнением Продавцом обязательств по Договору, а именно: транспортных расходов «Продавца», командировочных расходов, стоимости упаковки, маркировки, расходов на доставку (в т.ч. погрузку,

разгрузку), расходов на перенос Товара к месту приемки Товара на склад «Покупателя», а так же всех других расходов, связанных с выполнением Продавцом обязательств по настоящему Договору.

Порядок оплаты: Оплата по настоящему Договору производится «Заказчиком» в форме безналичного расчета, на основании предоставленных Исполнителем документов к настоящему Договору, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания «Заказчиком» Акта приема-передачи товара.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: не менее 12 месяцев с момента заключения Договора

Приложения

Техническое задание к запросу № 1825

Наименование товара, работы, услуги	Код позиции КТРУ или ОКПД2	Характеристики товара, работы, услуги					
		Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерени я	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Кол-во, шт
1	2	3	4	5	6	7	8
Датчик внутрисосудистый для системы ультразвуковой визуализации, одноразового использования	ОКПД 2 26.60.12.132/ 26.60.12.132- 00000006	Вводимый в вены или артерии через специальный катетер ультразвуковой датчик-преобразователь в водонепроницаемом корпусе с акустической и электрической изоляцией. Вводится и размещается оператором. Также известен под названием «сосудистый зонд» или датчик-преобразователь. Часто входит в комплект или состав устройств, требующих ультразвукового наведения, например, эндоскопического или биопсийного оборудования. Состоит из одного или нескольких активных элементов (пьезоэлектрических кристаллов) и вспомогательных увлажняющих, фиксирующих и изоляционных материалов. Изделие одноразового использования.	Соответствие		Соответствует описанию КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	145
		Поперечный профиль датчика, Fg	≤ 3,5		определяет технические параметры требуемого катетера для совместимости с имеющимся оборудованием и инструментом	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
		Максимальный размер проволочного проводника	≤ 0,014	двойм	наличие параметра определяет совместимость с инструментом при проведении коронарных вмешательств	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
		Минимальный наружный диаметр катетера на направляющей, Fg	5		наличие параметра определяет совместимость с инструментом при проведении коронарных вмешательств	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
		Минимальный внутренний диаметр катетера на направляющей	0,056	двойм	наличие параметра определяет совместимость с инструментом при проведении коронарных вмешательств	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
		Рабочая длина	≥ 130	см	определяет совместимость с инструментом и удаленность исследуемого участка от места доступа	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
		Центральная частота	≤ 20	мГц	Определяет качество визуализации	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
		Отображаемое поле обзора	≤ 20	мм	определяет максимальный диаметр исследуемых сосудов	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
		Расстояние от кончика катетера до датчика	≤ 3,5	мм	определяет расстояние исследуемого сосуда от максимально суженного участка	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
		Гидрофильное покрытие	Наличие		Определяет легкость прохождения датчика	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
		Не менее 2 рентгеноконтрастных маркера, каждый длиной 1 мм, встроены во внутренний просвет с шагом в 10 мм между их периферическими концами, начиная от точки, расположенной в 10 мм от проксимального конца участка трубки с максимумами сжатия	Соответствие	шт	необходимые для определения длины поражения сосудистого русла и точного позиционирования дистального конца катетера	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
		Совместимость с Системой для внутрисосудистой ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы IntraSight Mobile, серийный номер 104123, производства Volcano Corporation, имеющейся у Заказчика	да		На основании ч.1 ст. 33 для обеспечения взаимодействия с оборудованием, имеющимся у Заказчика	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	

Наименование	Показатель
Требования к качеству и безопасности товара	В соответствие с требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СанПиН), действующих на территории Российской Федерации.

Срок поставки Товара:	Поставка изделий медицинского назначения осуществляется Поставщиком в период с момента подписания сторонами настоящего Договора и до 31.12.2027 г. Поставка изделий медицинского назначения осуществляется отдельными партиями, в сроки (в период поставки товара Поставщиком), указанный в направленной Заказчиком в адрес Поставщика Заявке о поставке (выборке) Товара в строке «Период (срок) поставки товара Поставщиком». Заявка о поставке (выборке) Товара оформляется Заказчиком по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Договору Поставка изделий медицинского назначения производится силами и за счет средств «Поставщика» с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов по московскому времени, в рабочие дни, в период (срок), указанный Заказчиком в Заявке о поставке (выборке) Товара (приложение № 6 к Договору), в строке «Период (срок) поставки товара Поставщиком», при этом Период (срок) поставки товара Поставщиком составляет 14 (четырнадцать) календарных дней. Заявка о поставке (выборке) Товара Заказчик направляется Заказчиком Поставщику не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала периода (срока) поставки Товара Поставщиком, указанного в Заявке о поставке (выборке) Товара (оформленной по форме, согласно Приложения № 6 к Договору) в строке «Период (срок) поставки товара Поставщиком».
Место поставки Товара:	Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу(-ам), указанным в Отгрузочной разрядке (Плане распределения) (приложение № 3 к Договору) (далее - Место доставки): - Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 58, цокольный этаж, аптечный склад ГАУ РО «ЦГБ» в г. Азове.
Требования к таре и упаковке	Тара, упаковка и упаковочные материалы должны быть разрешены к применению и соответствовать требованиям нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СанПин), действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать сохранность и качество продукции при транспортировке и хранении.
Остаточный срок годности на момент поставки, не менее, (час, день, месяц, год)	12 месяцев

Зав. ОРХМДил

Арзуманян Э.А.